

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp thiết bị y tế tại Việt Nam.

Hiện nay, Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua 01 máy điện tim cho khoa Khám bệnh phục vụ chuyên môn với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư - Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định; địa chỉ số 2, đường Trần Quốc Toàn, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.
- Cách tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại Phòng văn thư - Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định; địa chỉ số 2, đường Trần Quốc Toàn, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.
- Thời hạn kết thúc nhận báo giá: 10 giờ 00 phút ngày 11/7/2024.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: ≥ 90 ngày.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế gồm:

ST T	Tên thiết bị	Mô tả cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy điện tim (6 cần)	I. Yêu cầu chung - Tên thiết bị: Máy điện tim (6 cần) - Thiết bị mới 100% - Sản xuất năm 2023 trở về sau - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương - Điện áp sử dụng: 220V; 50Hz - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$	1	Cái

ST T	Tên thiết bị	Mô tả cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản	Số lượng	Đơn vị tính																
		<p>+ Độ âm tối đa: $\geq 75\%$</p> <p>II. Yêu cầu cấu hình</p> <table border="1" data-bbox="512 376 1225 992"> <tr> <td>Máy chính</td> <td>01 cái</td> </tr> <tr> <td>Máy in nhiệt (tích hợp trong máy)</td> <td>01 cái</td> </tr> <tr> <td>Cáp điện tim</td> <td>01 cái</td> </tr> <tr> <td>Điện cực trước ngực</td> <td>06 cái</td> </tr> <tr> <td>Điện cực chi</td> <td>04 cái</td> </tr> <tr> <td>Pin hoặc ắc quy dự phòng</td> <td>01 cái</td> </tr> <tr> <td>Xe đẩy</td> <td>01 cái</td> </tr> <tr> <td>Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt</td> <td>01 bộ</td> </tr> </table> <p>III. Yêu cầu tính năng và thông số kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lưu trữ lên tới ≥ 40 file điện tim vào bộ nhớ trong <p>1. Thu nhận tín hiệu điện tim:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mạch vào: Được cách ly và bảo vệ để tránh sốc điện tim - Đạo trình điện tim: ≥ 12 đạo trình - Độ nhạy: $10 \text{ mm/mV} \pm 2\%$ - Chuyển đổi số: ≥ 16 bit - Hệ số lọc nhiễu: $\geq 100 \text{ dB}$ - Điện áp bù: $\geq \pm 500 \text{ mV}$ - Tần số đáp ứng: Từ $\leq 0.05 \text{ Hz}$ đến $\geq 150 \text{ Hz}$ - Thời gian thu nhận tín hiệu điện tim: ≥ 10 giây <p>2. Xử lý tín hiệu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tốc độ thu thập mẫu: ≥ 8.000 mẫu/giây - Bộ lọc nhiễu xoay chiều: khoảng $50/60 \text{ Hz}$ - Hằng số thời gian: $\geq 3.2\text{s}$ - Bộ lọc cao tần: các mức $75, 100, 150 \text{ Hz}$ - Bộ lọc nhiễu điện cơ: có ≥ 2 mức lọc 	Máy chính	01 cái	Máy in nhiệt (tích hợp trong máy)	01 cái	Cáp điện tim	01 cái	Điện cực trước ngực	06 cái	Điện cực chi	04 cái	Pin hoặc ắc quy dự phòng	01 cái	Xe đẩy	01 cái	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt	01 bộ		
Máy chính	01 cái																			
Máy in nhiệt (tích hợp trong máy)	01 cái																			
Cáp điện tim	01 cái																			
Điện cực trước ngực	06 cái																			
Điện cực chi	04 cái																			
Pin hoặc ắc quy dự phòng	01 cái																			
Xe đẩy	01 cái																			
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt	01 bộ																			

ST T	Tên thiết bị	Mô tả cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản	Số lượng	Đơn vị tính
		<ul style="list-style-type: none"> - Bộ lọc chống trôi: yếu 0.1 Hz (-20dB), mạnh 0.1 Hz (-34dB) 3. Hiện thị: <ul style="list-style-type: none"> - Màn hình màu LCD hoặc tương đương - Kích thước: ≥ 5.5 inch - Độ phân giải: $\geq 320 \times 240$ điểm - Dạng sóng điện tim: ≥ 12 đạo trình - Hiện thị dữ liệu: ≥ 12 đạo trình sóng điện tim, thông tin bệnh nhân, nhịp tim, phức hợp QRS, thông báo lỗi, tiếp xúc điện cực và nhiễu 4. Máy in <ul style="list-style-type: none"> - Phương pháp: in nhiệt - Mật độ in: ≥ 200 dpi (8dots/mm) - Khổ giấy: ≥ 110 mm - Số kênh: các mức 3, 6 - Tốc độ in: 10, 12.5, 25, 50 mm/giây - Độ nhạy: ≥ 3 mức lựa chọn 5, 10, 20 mm/mV - Dữ liệu ghi tối thiểu: ghi loại chương trình, ngày tháng và thời gian, tốc độ giấy, độ nhạy, tên đạo trình, bộ lọc, tên bệnh viện, thông tin bệnh nhân (Tên, giới tính, tuổi) 5. Các tính năng khác: <ul style="list-style-type: none"> - Pin hoặc Ắc quy dự phòng: Đảm bảo dung lượng máy hoạt động liên tục trong ≥ 1 giờ - Có Phần mềm phân tích điện tim cho bệnh nhân - Có bàn phím đánh chữ - Có khả năng kết nối và truyền dữ liệu qua máy tính - Cổng giao diện: ≥ 1 cổng USB 		

Các điều kiện khác:

- Thiết bị khi bàn giao có đầy đủ chứng nhận xuất xứ (CO); chứng nhận chất lượng (CQ) bản gốc hoặc bản sao công chứng. Tờ khai hải quan, vận đơn, phiếu đóng gói (packinglis) nhập khẩu hàng hóa có chứng thực của công ty.

- Bản chính chứng thư giám định về số lượng, chủng loại, xuất xứ, tình trạng, tính đồng bộ do đơn vị có chức năng cấp theo quy định (nếu có).
- Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng hoặc theo quy định của nhà sản xuất.

2. Địa điểm bàn giao: Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định

3. Thời gian thực hiện gói thầu: ≤ 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Bảo hành ≥ 12 tháng hoặc theo quy định của nhà sản xuất

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định rất mong nhận được sự quan tâm và bản chào hàng (báo giá) tốt nhất của quý Công ty/đơn vị./.

Nơi nhận:

- Công TTĐT BVĐK tỉnh ND;
- Lưu: VT; VTTBYT

GIÁM ĐỐC



Hoàng Thị Kim Yến

Phụ lục

(Đính kèm Công văn số: 1532/BVT-VTTBYT ngày 01 tháng 07 năm 2024)

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/ khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	Thiết bị 1 A. Yêu cầu chung. - Tên thiết bị: - Máy mới 100%, năm sản xuất trở về sau - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương - Điện áp sử dụng: - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$, độ ẩm tối đa: $\geq 75\%$ B. Chỉ tiêu kỹ thuật * Yêu cầu cấu hình cung cấp: - - * Thông số kỹ thuật cơ bản (hoặc tương đương) - -							
	Tổng cộng							

* Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế bao gồm: Catalog, chứng chỉ chất lượng (kèm bản dịch); Giấy phép nhập khẩu hoặc số lưu hành TBYT, bảng phân loại thiết bị y tế.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ...tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà
cung cấp⁽¹²⁾**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài,

Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

