

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp vật tư ngoại thần kinh.

Hiện nay, Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 3: Vật tư ngoại thần kinh thuộc dự toán mua sắm: Mua vật tư kỹ thuật cao chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình - Ngoại thần kinh và In vitro dùng cho xét nghiệm PCR với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư - Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định; địa chỉ số 2, đường Trần Quốc Toản, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.
- Cách tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại Phòng văn thư - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Địa chỉ: số 2, đường Trần Quốc Toản, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.
- Thời hạn kết thúc nhận báo giá: 10 giờ 00 phút ngày 09/04/2024
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 150 ngày

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá thuộc gói thầu số 3: Vật tư Ngoại thần kinh theo phụ lục 1 đính kèm.

* Nhà thầu tham gia chào hàng có thể chào một hoặc nhiều mặt hàng thuộc gói thầu. Biểu mẫu báo giá nhà thầu có thể vận dụng theo Phụ lục 2 đính kèm.

- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định.
- Thời gian thực hiện dự toán: Năm 2024-2025
- Các thông tin khác: Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa kèm theo (nếu có)

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định rất mong nhận được sự quan tâm và bản chào hàng (báo giá) tốt nhất của quý Công ty/đơn vị./.

Nơi nhận:

- Công TTĐT BVĐK tỉnh ND;
- Công TTĐT Sở y tế ND;
- Lưu: VT; VTTBYT.



Hoàng Thị Kim Yến



PHỤ LỤC 1

Gọi thầu số 3: VẬT TƯ NGOẠI THẦN KINH

Số TT	Tên vật tư	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Nội dung khác
1	Vít đơn trục	cái	120	Chất liệu titanium. Kích thước 4.5;5.5;6.5;7.5; ≤ 8.5; ≤ 10.0 mm,	Dùng trong phẫu thuật cột sống ngực, lưng thắt lưng
2	Vít đa trục	cái	240	Chất liệu titanium. Kích thước ≥ 3.5;4.5;5.5;6.5;7.5; ≤ 8.5; ≤ 10.0 mm,	Dùng trong phẫu thuật cột sống ngực, lưng thắt lưng
3	ốc khóa trong	cái	360	ốc khóa trong tương thích với vít đa trục đơn trục	Dùng trong phẫu thuật cột sống ngực, lưng thắt lưng
4	Nẹp dọc cột sống	cái		Chất liệu bằng hợp kim titanium - Đường kính tương thích với vít - Dạng thẳng, đầu có nẹp dọc phẳng.	Dùng trong phẫu thuật cột sống ngực, lưng thắt lưng
5	Nẹp cổ trước 1 tầng	cái	2	Nẹp có cửa sổ, sử dụng vít đơn và đa hướng. Chất liệu: Hợp kim Titan	Mô chấn thương cột sống cổ, hoặc thoát vị đĩa đệm cổ
6	Nẹp cổ trước 2 tầng	cái	3	Nẹp có cửa sổ, sử dụng vít đơn và đa hướng. Chất liệu: Hợp kim Titan	Mô chấn thương cột sống cổ, hoặc thoát vị đĩa đệm cổ
7	Vít cổ trước	cái	20	Vít được thiết kế có rãnh tự taro. - Đường kính vít: 4.0mm và ≤ 4.5mm - Chất liệu: Hợp kim Titan.	Mô chấn thương cột sống cổ, hoặc thoát vị đĩa đệm cổ
8	Vít cổ sau	cái	30	Vít đa trục tự taro, đường kính 3.5mm, 4.5mm, ≤ 5.5mm, chất liệu hợp kim titanium	Mô chấn thương cột sống cổ, hoặc thoát vị đĩa đệm cổ
9	Nẹp dọc cổ sau	cái	10	Phù hợp với vít cổ sau	Mô chấn thương cột sống cổ, hoặc thoát vị đĩa đệm cổ
10	Vít qua da cột sống lưng, thắt lưng	cái	30	Chất liệu hợp kim titanium. Kích thước ≥ 3.5, 4.5;5.5;6.5;7.5; ≤ 8.5; ≤ 10.0 mm, chiều dài từ ≥ 20mm đến ≤	Dùng trong phẫu thuật cột sống ngực, lưng thắt



				65mm	lưng
11	ốc khóa trong cho vít qua da	cái	30	Phù hợp với vít	Dùng trong phẫu thuật cột sống ngực, lưng thắt lưng
12	Nẹp dọc dùng cho vít qua da	cái	5	Phù hợp với vít qua da	Dùng trong phẫu thuật cột sống ngực, lưng thắt lưng
13	Miếng ghép đĩa đệm cột sống thắt lưng	cái	20	Chất liệu: PEEK - Miếng ghép dạng thẳng, phần đầu miếng ghép thon nhọn và phẳng. - Bề mặt có các răng bám dạng nghiêng. - Có 3 điểm đánh dấu chất liệu Tantalum không thấm xạ.	Dùng trong phẫu thuật cột sống ngực, lưng thắt lưng
14	Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ	cái	5	Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ có răng bám nghiêng, dạng thẳng và dạng cong vòng mặt trên. - Vật liệu : PEEK. - Kích cỡ (Size) : ≥ 4 ; 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm.	Mô chấn thương cột sống cổ, hoặc thoát vị đĩa đệm cổ
15	Bộ dụng cụ đồ xi măng tạo hình thân đốt sống không bóng bao gồm: Kim dò cuống sống, Bộ trộn kín, Bơm áp lực	Bộ	30	Kim dò cuống sống: Mũi vát, có "Bơm áp lực đẩy xi măng kèm bộ trộn bao gồm: + Bộ trộn kín được làm bằng nhựa trong đó nắp có khóa và có 1 quả bóng bằng kim loại. Với kích thước nhỏ bộ trộn có thể làm lạnh xi măng và tăng thời gian làm việc. + Bơm áp lực được thiết kế với tay cầm tiện dụng, gồm 1 xi lanh, ống nối dài có cơ chế dừng xi măng bằng."	Xẹp thân đốt sống ngực lưng thắt lưng
16	Bộ dụng cụ đồ xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng, bao gồm: 02 kim dò cuống sống, 04 kim bơm xi măng; Bộ bóng nong thân đốt sống (02 bóng nong thân đốt	Bộ	20	- Kim dò cuống sống gồm 02 kim, Đầu kim có dạng vát hoặc dạng nhọn Trocar . -Khoan tay gồm 02 kim khoan. Trên thân kim khoan có điểm xác định chiều dài giúp cho việc xác định chiều sâu của kim khi đi vào thân đốt sống. - Kim bơm xi măng gồm 04 kim. - Bộ bóng nong thân đốt sống bao gồm 02 bóng nong thân đốt sống và 02 đồng hồ đo áp lực:	Xẹp thân đốt sống ngực lưng thắt lưng

	sống và 02 đồng hồ đo áp lực), Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng			<ul style="list-style-type: none"> + Bóng nong có 3 loại. + Bơm phòng bóng kèm đồng hồ đo áp lực được nối vào đầu dẫn bóng bằng vòi khóa và Mặt đồng hồ loại kim đo áp lực" - Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng : + Bộ trộn kín + Bơm áp lực được thiết kế với tay cầm tiện dụng, gồm 1 xi lanh, có cơ chế dừng xi măng bằng cách quay 180° ngược chiều kim đồng hồ." 	
17	Xi măng (cement) hóa học kèm dung dịch pha	Lọ (gram)		Xi măng cột sống (Bột xi măng & dung dịch pha xi măng).	Xẹp thân đốt sống ngược lưng thất lưng



BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	Thiết bị A							
2	Thiết bị B							
n	...							

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế (nếu có)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:



[Handwritten signature]

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế" trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế".

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.