

Số: 786 /TB-BVT

Nam Định, ngày 23 tháng 04 năm 2024

### MỜI BÁO GIÁ SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn với nội dung cụ thể như sau:

#### 1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư - Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định. Địa chỉ số 2, Trần Quốc Toản, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.
- Cách tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại Phòng văn thư - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Địa chỉ: số 2, đường Trần Quốc Toản, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.
- Thời gian tiếp nhận báo giá: 10 ngày kể từ khi đăng tải.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 30 ngày

#### 2. Nội dung yêu cầu báo giá:

TT	Tên thiết bị kiểm tra	Tình trạng thiết bị	Dự kiến biện pháp khắc phục sửa chữa	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
1	Dao mổ điện cao tần Model: Covidien Valleylab FX8. Hãng sản xuất: Mỹ	- Máy không hoạt động. - Nguyên nhân: Máy lỗi ổ cứng lưu giữ phần mềm, không khởi động hệ thống	Sửa chữa hoặc thay thế ổ cứng, cài đặt lại phần mềm hệ thống		
2	Dao mổ điện cao tần Model: Valleylab FX Hãng sản xuất : Mỹ	- Máy hoạt động ở Mode CUT báo lỗi 161. - Nguyên nhân: Hỏng Bo mạch công suất CUT	Sửa chữa Bo mạch công suất CUT		
3	Dao mổ điện cao tần	- Bật máy báo lỗi 121	Sửa chữa khác		

	Model : Valley FX Hãng sản xuất : Mỹ	- Nguyên nhân: Pin C mode hỏng. Hiệu chuẩn lại thiết bị	phục các lỗi trên.		
4	Dao mổ điện cao tần Model : Valley FX Hãng sản xuất : Mỹ	- Máy không hoạt động ở mode BIPOLAR. - Nguyên nhân: Hỏng bảng mạch điều khiển công suất cho BIPOLAR	Sửa chữa bảng mạch điều khiển công suất cho BIPOLAR		
5	Dao mổ điện cao tần GEISTER Model : ESU-X 300 NT Nước SX: Germany	- Máy báo lỗi erro 43 - Nguyên nhân: Hỏng mạch điều khiển, lỗi bảng mạch công suất.	Sửa chữa bảng mạch điều khiển, bảng mạch công suất		
6	Máy thở AEONMED Model : VG70 Nước SX: Trung quốc	- Bật máy không hoạt động, không khởi động vào hệ thống. Máy báo lỗi phần mềm điều khiển. - Nguyên nhân: Hỏng thẻ nhớ SQFlash lưu giữ phần mềm khởi động	Sửa chữa hoặc thay thế thẻ nhớ SQFlash. Khắc phục các lỗi không khởi động vào hệ thống. Máy báo lỗi phần mềm điều khiển		
7	Máy thở AEONMED Model : VG70 Hãng sản xuất : Trung quốc	- Bật máy không hoạt động, không khởi động vào hệ thống. Máy báo lỗi phần mềm điều khiển. - Nguyên nhân: Hỏng thẻ nhớ SQFlash lưu giữ phần mềm khởi động	Sửa chữa hoặc thay thế thẻ nhớ SQFlash. Khắc phục các lỗi không khởi động vào hệ thống. Máy báo lỗi phần mềm điều khiển		
8	Máy thở AEONMED Model : VG70 Nước sản xuất : Trung quốc	- Máy báo lỗi mất áp lực đường thở. - Nguyên nhân: Hỏng bo mạch điều khiển động cơ, hỏng cảm biến áp lực.	Sửa chữa bo mạch điều khiển động cơ, cảm biến áp lực		
9	Hệ thống phẫu thuật	- Hệ thống camera	Sửa chữa hoặc		



	nội soi KARL STORZ	chụp chèn hình ảnh lúc có, lúc mất Nguyên nhân: Đứt dây tín hiệu camera.	thay thế dây tín hiệu camera.		
--	--------------------	---	-------------------------------	--	--

### 3. Các điều khoản kèm theo + cam kết:

- Đối với các linh phụ kiện thay thế phục vụ việc sửa chữa phải có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng tương đương với phụ kiện hỏng của thiết bị.

- Cam kết việc sửa chữa thiết bị phải đảm bảo không có bất kỳ tác động cơ khí hay một bộ giá đỡ nào làm thay đổi hình dạng, kích thước ban đầu của thiết bị trước khi bị hỏng gây bất lợi trong quá trình sử dụng.

- Thiết bị sau sửa chữa phải vận hành ổn định, hoạt động đầy đủ các chức năng, đáp ứng tất cả các chỉ số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn an toàn lao động khi sử dụng.

- Bảo hành: Tối thiểu 6 tháng tính từ ngày bàn giao.

**4. Địa điểm thực hiện:** Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định; Địa chỉ: số 2, đường Trần Quốc Toản, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định rất mong nhận được sự quan tâm và bản chào hàng (báo giá) tốt nhất của quý Công ty/đơn vị. *1/1/2*

Nơi nhận: *[Signature]*

- Như kính gửi
- Lưu: VT; TCKT; VTTBYT.

GIÁM ĐỐC



*[Signature]*  
Hoàng Thị Kim Yến

