

Số: 2702/BVT- VTTBYT

Nam Định, ngày 02 tháng 10 năm 2024

MỜI BÁO GIÁ SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh cung cấp linh kiện, phụ kiện thay thế, sửa chữa:
máy lọc thận nhân tạo Dialog+; Hãng/ Nước sản xuất: B.Braun/ Đức

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Thay 01 đầu bơm bánh răng FPE và thay 01 bộ màng cân bằng của máy lọc thận nhân tạo Dialog+ với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư - Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định; địa chỉ số 2, đường Trần Quốc Toàn, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

3. Cách tiếp nhận báo giá:

Cách thứ 1: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá và tài liệu kèm theo trên mạng đấu thầu quốc gia (chức năng nhà thầu) tương ứng với yêu cầu báo giá trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Cách thứ 2: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá và tài liệu kèm theo theo địa chỉ: Phòng Văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, số 2 đường Trần Quốc Toàn, phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

4. Thời hạn kết thúc nhận báo giá: 16 giờ 45 phút ngày 11/10/2024

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 90 ngày

II. Tình trạng máy.

Máy lọc thận nhân tạo Dialog+; Model: 710200C; S/N: 259953; Hãng/ Nước sản xuất: B.Braun/ Đức; Máy báo lỗi: DF pressure test will be repeated; nguyên nhân: Hỏng đầu bơm bánh răng FPE.

Máy lọc thận nhân tạo Dialog+; Model: 7102005; S/N: 204897; Hãng/ Nước sản xuất: B.Braun/ Đức; Máy báo lỗi: DF pressure test will be repeated; nguyên nhân: Hỏng bộ màng cân bằng.

III. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục hàng hóa gồm:


STT	Danh mục hàng hóa	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Thay 01 đầu bơm bánh răng FPE của máy lọc thận nhân tạo Dialog+; Model: 710200C; S/N: 259953; Hãng/ Nước sản xuất: B.Braun/ Đức	01	Cái		
2	Thay 01 bộ màng cân bằng mới của máy lọc thận nhân tạo Dialog+; Model: 7102005; S/N: 204897; Hãng/ Nước sản xuất: B.Braun/ Đức	01	Bộ		
Tổng cộng (Bao gồm VAT)					

4. Các điều khoản kèm theo + cam kết:

- Phụ kiện thay thế phải mới 100%...
- Thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng của phụ kiện thay thế phải tương đương với phụ kiện hỏng của hệ thống máy chính.
 - Lắp đặt, kết nối phù hợp với đời máy (model) hệ thống máy chính của Bệnh viện, việc thay thế phụ kiện phải đảm bảo không có bất kỳ tác động cơ khí hay một bộ giá đỡ nào làm thay đổi hình dạng, kích thước ban đầu của thiết bị trước khi bị hỏng.
 - Thiết bị sau sửa chữa, thay thế phụ kiện phải vận hành ổn định, hoạt động đầy đủ các chức năng, đáp ứng tất cả các chỉ số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn an toàn lao động khi sử dụng.
- Mỗi nhà thầu chỉ tham gia chào 01 báo giá. Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Thời gian bảo hành 6 tháng kể từ khi ký hợp đồng, giao hàng tại Bệnh viện.

5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định; Địa chỉ: số 2, đường Trần Quốc Toản, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định rất mong nhận được sự quan tâm và bản chào hàng (báo giá) tốt nhất của quý Công ty/đơn vị./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Công TTĐT-BV;
- Công TTĐT-QG;
- Lưu: VT; VTTBYT.

GIÁM ĐỐC



Hoàng Thị Kim Yến