

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống thiết bị
chạy thận nhân tạo và hệ thống lọc nước RO

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Thuê dịch vụ (01 lần) bảo trì hệ thống thiết bị chạy thận nhân tạo và hệ thống lọc nước RO với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Địa chỉ: số 2, đường Trần Quốc Toản, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.
- Cách tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại: Phòng văn thư- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Địa chỉ: số 2, đường Trần Quốc Toản, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.
- Thời gian tiếp nhận báo giá: Kể từ ngày đăng báo giá đến hết ngày ngày 23/01/2024.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục bảo trì hệ thống thiết bị chạy thận nhân tạo và hệ thống lọc nước RO :

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bảo trì máy thận nhân tạo Dialog ⁺ / B.Braun/Đức (13 máy)	Lần	01
2	Kiểm tra, khử khuẩn hệ thống xử lý nước RO/E4-6600/Hcom/Việt Nam + bảo dưỡng (chỉnh dịch....)	Lần	01

- Chi tiết thực hiện:

STT	Nội dung công việc
I	Bảo trì, hiệu chỉnh kỹ thuật máy thận nhân tạo Dialog⁺/B.Braun/Đức, bao gồm:
1	Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ hệ thống thủy lực của máy
2	Vệ sinh, kiểm tra bộ nguồn chính
3	Vệ sinh, kiểm tra Power board Motor
4	Vệ sinh, kiểm tra Power board Valve

5	Vệ sinh, kiểm tra bo mạch chính Mother board
6	Vệ sinh, kiểm tra bo mạch Digital board
7	Vệ sinh, kiểm tra bo mạch Analog board
8	Căn chỉnh nhiệt độ TSBIC, TSD, TSD-S, TSH, TSE
9	Căn chỉnh Sensor áp lực dịch PDA
10	Căn chỉnh Sensor áp lực Degassing PE
11	Căn chỉnh Sensor áp lực máu PV, PA, PBE
12	Căn chỉnh Sensor độ dẫn BICLF, ENDLF, ENDLF-S
13	Căn chỉnh None return valve RVFPE, RVFPA, RVDA
14	Căn chỉnh Touch screen
15	Căn chỉnh giá trị Stroke value của bơm UF, Bicard, Concentrate
16	Kiểm tra tổng thể và chạy thử máy
II	Bảo trì hệ thống xử lý nước E4-6600 bao gồm:
1	Kiểm tra vệ sinh hệ thống
2	Kiểm tra độ dẫn nước RO
3	Kiểm tra rò rỉ hư hỏng máy RO
4	Căn chỉnh áp lực HT tiến sử lý
5	Căn chỉnh áp lực RO
6	Sử lý rò rỉ
7	Khử khuẩn
8	Kiểm tra, khử khuẩn hệ thống xử lý nước RO + bảo dưỡng máy (chỉnh dịch...)

3. Các điều khoản kèm theo:


- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Kính đề nghị quý đơn vị gửi báo giá theo mẫu đính kèm tại Phụ lục 1.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị.

Nơi nhận: *[Chữ ký]*
- Như kính gửi

- Lưu: VT, TCKT, VTTBYT.



Trần Hùng Cường

BVDKTI

n Đ?
ur
á
j

PHỤ LỤC 1
(Đính kèm Thông báo số TB-BVT ngày 17 tháng 01 năm 2024)



BẢO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định, chúng tôi(ghi tên, địa chỉ.....) báo giá cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống thiết bị chạy thận nhân tạo và hệ thống lọc nước RO, cho các... ..như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống thiết bị chạy thận nhân tạo và hệ thống lọc nước RO:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
1						
2						
....						
Tổng cộng:						

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng ngày, kể từ ngày..... tháng năm 2023

3. Chúng tôi cam kết:

- Không trong quá trình giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.....tháng.....năm

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

(Ký tên , đóng dấu)