

SỞ Y TẾ NAM ĐỊNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1331 /BVT-VTTBYT
“Về việc mời cung cấp dịch vụ sửa
chữa, bảo dưỡng dây nội soi tiêu
hóa”

Nam Định, ngày 12 tháng 06 năm 2024

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng dây nội soi tiêu hóa

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng dây nội soi thăm dò phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định với nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- a. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định
- b. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư - Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định. Địa chỉ số 2, Trần Quốc Toản, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.
- c. Cách tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại: Phòng văn thư - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Địa chỉ: số 2, đường Trần Quốc Toản, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.
- d. Thời hạn kết thúc tiếp nhận báo giá: 10 giờ ngày 21/6/2024
- e. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 90 ngày

2. Nội dung yêu cầu báo giá:

Cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng 05 dây nội soi thăm dò hãng Fujinon/Nhật Bản cụ thể như sau :

ST T	Tên thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Tình trạng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Dây nội soi dạ dày Model: EG-530WR Số máy: 4G361A641.	Cái	01	- Sửa chữa / thay thế toàn bộ thân trước, thân sau, thân truyền tín hiệu. -Sửa chữa / thay thế cao su uốn cong. -Sửa chữa / thay thế camera. -Căn chỉnh cơ, bảo dưỡng toàn bộ ống soi.		

2	Dây nội soi dạ dày Model: EG-530FP; Số máy: 4G314A057;	Cái	01	- Sửa chữa / thay thế toàn bộ thân trước, thân sau, thân truyền tín hiệu. - Sửa chữa / thay thế cao su uốn cong. -Căn chỉnh cơ, bảo dưỡng toàn bộ ống soi.		
3	Dây nội soi đại tràng Model: EC-530WI; Số máy: 4C449B022;	Cái	01	-Sửa chữa / thay thế toàn bộ thân trước, thân sau, thân truyền tín hiệu. -Sửa chữa / thay thế cao su uốn cong. -Căn chỉnh cơ, bảo dưỡng toàn bộ ống soi		
4	Dây nội soi dạ dày Model:EG-210FP; Số máy: 3G229A376	Cái	01	-Sửa chữa / thay thế cơ hướng DOWN và tay cầm chỗ luân kênh sinh thiết. -Sửa chữa / thay thế dây quang dẫn sáng. -Căn chỉnh cơ, bảo dưỡng toàn bộ ống soi		
5	Dây nội soi đại tràng Model: EC-530WI; Số máy 4C449B024	Cái	01	-Sửa chữa / thay thế toàn bộ thân trước, thân sau, thân cáp tín hiệu. -Sửa chữa / thay thế cao su uốn cong. -Căn chỉnh cơ, bảo dưỡng toàn bộ ống soi.		

3. Các điều khoản kèm theo + cam kết:

- Cam kết thiết bị phải được sửa chữa, bảo dưỡng phải tuân thủ đúng quy định hoặc theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Chịu mọi chi phí mua linh, phụ kiện, vật tư thay thế thực hiện công việc.

- Cam kết việc sửa chữa thiết bị phải đảm bảo không có bất kỳ tác động cơ khí hay một bộ giá đỡ nào làm thay đổi hình dạng, kích thước ban đầu của thiết bị trước khi bị hỏng gây bất lợi trong quá trình sử dụng.

- Thiết bị sau sửa chữa phải vận hành ổn định, hoạt động đầy đủ các chức năng, đáp ứng tất cả các chỉ số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn an toàn lao động khi sử dụng



- Bảo hành: Tối thiểu 6 tháng tính từ ngày bàn giao, trong thời gian bảo hành phải thực hiện bảo dưỡng định kỳ 1 lần/ tháng.

5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định; Địa chỉ: số 2, đường Trần Quốc Toản, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định rất mong nhận được sự quan tâm và bản chào hàng (báo giá) tốt nhất của quý Công ty/đơn vị./.

Nơi nhận:

- Công TTĐT BVĐK ND
- Lưu: VT;TCKT,VTTBYT.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Hoàng Ngọc Hà

