

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở tổ chức đấu thầu cho gói thầu Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế nâng cao năng lực chuyên môn Ngoại khoa và Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định, với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.
- Cách tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại: Phòng văn thư - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Địa chỉ: số 2, đường Trần Quốc Toản, P. Ngô Quyền, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Đến hết ngày 09/12/2023.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 09/12/2023.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục:

TT	Tên danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy tán sỏi laser	<ul style="list-style-type: none"><li>Loại laser: Ho YAG - Laser Holmium - Công xuất đầu ra <math>\geq 100W</math> - Chỉ tiêu kỹ thuật: Ứng dụng tán sỏi niệu quản, tán sỏi bàng quang, tán sỏi thận( tán sỏi thận qua da, tán sỏi thận ống soi mềm, bóc uyơ tiền liệt tuyến, tán sỏi mật</li></ul>	1	Chiếc
2	Máy Xquang Carm	<ul style="list-style-type: none"><li>Khởi động nhanh (<math>\leq 1</math> phút)</li><li>Màn hình kép, có cảm ứng, độ phân giải cao</li><li>Dung lượng lưu trữ cao (<math>\geq 1</math> TB)</li><li>Trường chụp rộng</li><li>Có tính năng chụp liên tục để thấy được các chuyển động</li><li>Máy phát cao tần</li></ul>	1	Chiếc

TT	Tên danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- C arm xoay được 360 độ</li> <li>- Đảo ngược được vị trí</li> <li>- Khoảng lên xuống cánh tay C arm: ≥ 50cm</li> <li>- Khoảng ra vào cánh tay C arm: ≥ 20cm</li> <li>- Khoảng cách từ bề mặt tới bầu tăng sáng: ≥ 80cm</li> <li>- Có hỗ trợ để kết nối tới các hệ thống khác trong bệnh viện (PACS)</li> <li>- Phụ kiện đi kèm: Váy áo chì cho nhân viên y tế, tấm chì bảo vệ cổ</li> </ul>		
3	Dao mổ siêu âm	<p>Dao siêu âm tích hợp chức năng hàn mạch kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ.- Là loại máy cắt cầm máu tích hợp công nghệ siêu âm và công nghệ hàn mạch.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chức năng điều khiển: Chuyển đổi giữa chế độ siêu âm và hàn mạch, điện áp đầu ra, công suất đầu ra, tần số đầu ra.</li> <li>- Màn hình LCD hiển thị tất cả các thông số của máy trên màn hình</li> <li>- Tính năng tích hợp: tương thích với các thiết bị hiện tại và tương lai sử dụng siêu âm và lưỡng cực tiên tiến</li> <li>- Có tính năng nâng cấp phần mềm mới.</li> <li>- Cổng kết nối hình giọt nước, đầu nối có nam châm.</li> <li>- Có tính năng tự động nhận biết dụng cụ kết nối.</li> <li>- Công suất đầu ra: ≥ 35 W</li> <li>- Tần số đầu ra: từ 30 đến ≥ 80 kHz</li> </ul>	1	Chiếc
4	Hệ thống phẫu thuật nội soi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phẫu thuật nội soi: ung thư dạ dày, ung thư thực quản, đại trực tràng, gan, thận.</li> <li>- Thiết kế dạng mô-đun, có thể kết hợp các công nghệ nội soi ống cứng, ống mềm, huỳnh quang và nội soi 3D vào trong một hệ thống.</li> <li>- Có ≥ 3 công nghệ quan sát cải tiến giúp phân biệt tổ chức mô như: Chiếu sáng đồng nhất , tăng cường độ tương phản , đảo nghịch màu</li> <li>- Có khả năng nâng cấp phần mềm</li> <li>- Hiển thị hình ảnh song song của hình ảnh các chế độ công nghệ quan sát bên cạnh hình ảnh ánh sáng trắng</li> <li>- Chế độ hiển thị hình trong hình, cùng một lúc từ hai mô-đun camera khác nhau trở lên.</li> <li>- Tích hợp cáp kết nối thông minh để điều khiển các thiết bị khác trong phòng mổ và</li> </ul>	1	Hệ thống

TT	Tên danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
		<p>hiển thị thông tin các thiết bị kết nối</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chụp ảnh và ghi video ở định dạng tối thiểu 4K</li> <li>- Chức năng ghi dữ liệu</li> <li>- Có khả năng tự động điều chỉnh cường độ sáng của nguồn sáng thông qua kết nối</li> </ul>		
5	Hệ thống nội soi tiêu hóa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bộ xử lý hình ảnh tích hợp nguồn sáng</li> <li>- Ống nội soi dạ dày video</li> <li>- Ống nội soi đại tràng video</li> <li>- Màn hình chuyên dụng</li> <li>- Hình ảnh 4K phát hiện ung thư sớm</li> <li>- Nội soi ruột non</li> <li>- Dụng cụ kiểm tra rò rỉ</li> <li>- Kính sinh thiết, kìm gấp dị vật</li> <li>- Bình hút dịch</li> <li>- Bộ máy tính, máy in màu</li> <li>- Xe đẩy</li> </ul>	1	Hệ thống
6	Máy theo dõi bệnh nhân	<p>* Máy chính : 01 gồm</p> <p>1, Màn hình LCD kích thước từ 15-17inch, cảm ứng đa điểm.</p> <p>2, Các thông số thể hiện dạng số và sóng liên tục.</p> <p>3, Cảnh báo bằng chuông và đèn màu.</p> <p>* Phụ kiện đồng bộ đi kèm :</p> <p>1, Bộ cảm biến đo SpO2 dùng nhiều lần người lớn : 01</p> <p>2, Bộ cảm biến đo nhiệt độ dùng nhiều lần : 01</p> <p>3, Bộ cảm biến đo ECG 3 chuyển đạo dùng nhiều lần : 01</p> <p>4, Bộ cảm biến đo huyết áp không xâm lấn dùng nhiều lần người lớn : 01</p> <p>5, Bộ cảm biến đo huyết áp xâm lấn dùng nhiều lần người lớn : 01</p> <p>6, Bộ cảm biến đo EtCO2: 01</p> <p>7, Pin Lithium sạc lại hoạt động tối thiểu 1h</p> <p>8, Chân máy</p>	2	Chiếc
7	Máy xét nghiệm HbA1c	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Định lượng theo phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao</li> <li>- Tốc độ ≤ 1phút/mẫu</li> </ul>	1	Chiếc

Các thiết bị theo danh mục trên đạt tiêu chuẩn:

- Sản xuất bởi các nước thuộc khối G7, FDA, EU
- Sản xuất bởi các hãng có thương hiệu được sử dụng rộng rãi tại thị trường Việt Nam.

2. Địa điểm bàn giao hàng hóa: Khoa sử dụng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Từ 30 ngày đến 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
4. Bảo hành ≥ 12 tháng.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị.

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCKT, VTTBYT.

**GIÁM ĐỐC**



**Trần Hùng Cường**



Phụ lục I

(Đính kèm Thông báo số: 1993/TB-BVT ngày 29 tháng 11 năm 2023)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định, chúng tôi ..... (ghi tên, địa chỉ....) báo giá cho các..... như sau:

STT	Tên danh mục	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Hạng mục 1 - Tên thương mại (nếu có) - Model hoặc ký mã hiệu: - Yêu cầu kỹ thuật cơ bản:				1	
2	Hạng mục 1 -Tên thương mại (nếu có) - Model hoặc ký mã hiệu: - Yêu cầu kỹ thuật cơ bản:				2	
3	.....					

Giá trên là giá đã bao gồm thuế, phí vận chuyển và các loại phí.

1. Hàng hóa mới 100%,.....
  2. Thời gian giao hàng: .....
  3. Báo giá trên có hiệu lực trong vòng..... kể
  4. Chúng tôi cam kết:
    - Không trong quá trình giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.....tháng.....năm

**Đại diện hợp pháp của công ty**  
( Ký tên, đóng dấu)