

SỞ Y TẾ NAM ĐỊNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Số: 1759 /BVT-VTTBYT
Vv: Mời cung cấp dịch vụ bảo trì
hệ thống thiết bị chạy thận nhân tạo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày 09 tháng 5 năm 2025

Kính gửi: Các đơn vị kỹ thuật có chức năng cung cấp dịch vụ bảo trì hệ
thống thiết bị chạy thận nhân tạo.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định có nhu cầu khảo sát đánh giá thực trạng trang thiết bị y
tế và báo giá để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Thuê dịch vụ bảo trì hệ thống
thiết bị chạy thận nhân tạo năm 2024-2025 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định phục vụ công
tác chuyên môn với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư - Bệnh
viện đa khoa tỉnh Nam Định; địa chỉ số 2, đường Trần Quốc Toàn, TP Nam Định, tỉnh Nam
Định.
- Cách tiếp nhận báo giá:
Cách thứ 1: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá và tài liệu kèm theo trên mạng
đấu thầu quốc gia (chức năng nhà thầu) tương ứng với yêu cầu báo giá trên hệ thống mạng đấu
thầu quốc gia.
Cách thứ 2: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá và tài liệu kèm theo theo địa chỉ:
Phòng Văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, số 2 đường Trần Quốc Toàn, phường Quang
Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
- Thời hạn kết thúc nhận báo giá: 16 giờ 45 phút ngày 19/5/2025
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: ≥ 90 ngày

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- 1) Bảo trì hệ thống thiết bị chạy thận nhân tạo gồm 3 khoản, Cụ thể:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ(*)	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Tiến độ thực hiện
1	Bảo trì máy thận nhân tạo Dialog+/ B.Braun/Đức	- Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ hệ thống thủy lực của máy - Vệ sinh, kiểm tra bộ nguồn chính	40	Lần	10 máy x 3 tháng/1 lần x 4 lần/1 năm

	(10 máy x 4 lần/năm = 40 lần)	- Vệ sinh, kiểm tra Power board Motor - Vệ sinh, kiểm tra Power board Valve - Vệ sinh, kiểm tra bo mạch chính Mother board - Vệ sinh, kiểm tra bo mạch Digital board - Vệ sinh, kiểm tra bo mạch Analog board - Căn chỉnh nhiệt độ TSBIC, TSD, TSD-S, TSH, TSE - Căn chỉnh Sensor áp lực dịch PDA - Căn chỉnh Sensor áp lực Degassing PE - Căn chỉnh Sensor áp lực máu PV, PA, PBE - Căn chỉnh Sensor độ dẫn BICLF, ENDLF, ENDLF-S - Căn chỉnh None return valve RVFPE, RVFPA, RVDA - Căn chỉnh Touch screen - Căn chỉnh giá trị Strock value của bơm UF, Bicard, Concentrate - Kiểm tra tổng thể và chạy thử máy			
2	Kiểm tra, khử khuẩn hệ thống xử lý nước RO + bảo dưỡng (chỉnh dịch....)	- Kiểm tra vệ sinh hệ thống - Kiểm tra độ dẫn nước RO - Kiểm tra rò rỉ hư hỏng máy RO - Căn chỉnh áp lực HT tiến xử lý - Căn chỉnh áp lực RO - Xử lý rò rỉ - Khử khuẩn - Kiểm tra, khử khuẩn hệ thống xử lý nước RO + bảo dưỡng máy (chỉnh dịch...)	4	Lần	3 tháng/1 lần x 4 lần/1 năm
3	Phân tích mẫu nước	Vệ vi sinh và hoá lý nước đầu ra đạt tiêu chuẩn nước chạy thận	02	Mẫu	6 tháng/1 lần x 2 lần/1 năm

		nhân tạo. Nước sau khi xử lý, các thành phần và mức nồng độ tối đa cho phép phải đạt chuẩn đầu ra tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO; ANSI; AAMI, Bộ Y tế, tiêu chuẩn Châu Âu, Hiệp hội lọc máu, Thận học Quốc Tế)			
--	--	--	--	--	--

2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định; Địa chỉ: số 2, đường Trần Quốc Toàn, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định rất mong nhận được sự quan tâm và bản chào hàng (báo giá) tốt nhất của quý Công ty/đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VTTBYT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Hoàng Ngọc Hà