

SỞ Y TẾ NAM ĐỊNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Số: 1956 /BVT-VTTBYT

Về việc yêu cầu báo giá khảo sát, vận chuyển, lắp đặt, thay thế phụ kiện cho hệ thống TNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày 27 tháng 5 năm 2025

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh có chức năng khảo sát, vận chuyển, lắp đặt, thay thế phụ kiện cho hệ thống thận nhân tạo

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dịch vụ khảo sát, vận chuyển, lắp đặt, thay thế phụ kiện cho hệ thống thận nhân tạo với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư - Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định; địa chỉ số 2, đường Trần Quốc Toàn, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

3. Cách tiếp nhận báo giá.

- Cách thứ 1: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá và tài liệu kèm theo trên mạng đấu thầu quốc gia (chức năng nhà thầu) tương ứng với yêu cầu báo giá trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Cách thứ 2: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá và tài liệu kèm theo theo địa chỉ: Phòng Văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định; địa chỉ số 2 đường Trần Quốc Toàn, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

4. Thời hạn kết thúc nhận báo giá: 16 giờ 45 phút ngày 05/6/2025

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 90 ngày

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục dịch vụ khảo sát, vận chuyển, lắp đặt, thay thế phụ kiện cho hệ thống thận nhân tạo (có phụ lục 1 đính kèm).

* Mỗi nhà thầu chỉ tham gia chào 01 báo giá, đơn vị cung cấp báo giá chịu hoàn toàn trước pháp luật thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình.

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định.

3. Thời gian thực hiện: Năm 2025



4. Các thông tin khác: Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa kèm theo (nếu có)

- Thiết bị sau tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt, thay thế phụ kiện phải vận hành ổn định, hoạt động đầy đủ các chức năng, đáp ứng tất cả các chỉ số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn an toàn lao động khi sử dụng.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định rất mong nhận được sự quan tâm và bản chào hàng (báo giá) tốt nhất của quý Công ty/đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công TTĐT BVĐK tỉnh ND;
- Lưu: VT, VTTBYT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Hoàng Ngọc Hà



Phụ lục 1

Danh mục khảo sát, vận chuyển, lắp đặt, thay thế phụ kiện cho hệ thống thận nhân tạo
(Kèm theo văn bản số: /BVT-VTTBYT ngày 27/5/2025 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định)

STT	Tên	Đ/vị	S/L	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)	Thông số kỹ thuật
Tháo di chuyển lắp đặt						
1	Tháo dỡ và di chuyển hệ thống RO	HT	1			Tháo dỡ thuê xe vận chuyển
2	Tháo dỡ và di chuyển máy thận	Máy	10			Tháo dỡ thuê xe vận chuyển
3	Lắp đặt lại hệ thống nước bao gồm hệ thống đường ống dây điện và các vật tư phụ	HT	1			Hệ thống đường ống PVC C3 D34, cắt T, dây cáp điện ổ cắm, gen điện
4	Lắp lại máy thận Dialog+ và kiểm tra vệ. Sinh căn chỉnh + kiểm định	Máy	13			Lắp lại máy thận Dialog+ và kiểm tra vệ. Sinh căn chỉnh + kiểm định
5	Lắp đặt hệ thống nước thô cho HT RO	HT	1			Lắp đặt hệ thống nước thô cho HT RO
Thay vật liệu						
1	Màng RO LG-BW-4040ES	Cái	3			- Công suất lọc: 395 lít/giờ
						- Loại thải muối trung bình: 99.5%
						- Loại thải muối tối thiểu: 99.2%,
						- Chiều dài màng lọc 40 inch (tương đương khoảng 1016 mm)
						- Đường kính ngoài 3.9 inch
						Chịu được Áp suất tối đa 600 psi
2	Thay thế vật liệu bình lọc đa chất M16-S	Bình	1			PH tối thiểu: 6.0
						Cát tinh 0.5-0.8 mm
						Cát thô cỡ 0.9-1.5 mm
						Vật liệu lọc Anthracite



						Cát xanh - Greend sand
3	Thay thế vật liệu bình than hoạt tính C16-S,	Bình	1			- Độ cứng Hardness nhỏ nhất. (Min.): 90
						- Lớn hơn > Lưới 8 (2.36 mm) (Max.): 15%
						- Nhỏ hơn < Lưới 30 mesh (0.60 mm) (Max.): 4
						- Hoạt động bề mặt ea, (N2 BET method2), m2/g: 900
						- Cỡ hiệu quả: 0.9
4	Thay thế vật liệu bình làm mềm S16-S,	Bình	1			- Kích thước hạt trung bình khoảng 1.6 mm
						- Hạt cho cỡ sàng: 16-50
						- Hệ số đồng nhất: 1.6
						- Cỡ sàng <50: <1%
						- Dạng hình cầu tối thiểu >93%
5	Thay thế lõi lọc 1 micro 20	Cái	1			- Có khả năng tái sinh
						- Chiều dài lõi lọc 20 inch (tương đương khoảng 508 mm, lắp vừa phần lõi lọc đã thay thế)
						- Đường kính ngoài 63 mm
						- Đường kính trong 28 mm
6	Đèn cực tím S810RL	Cái	1			- Kích thước khe lọc danh nghĩa theo đơn vị Micron 1µm
						- Công suất: 37W
						- Bóng được sử dụng cho các bộ đèn Viqua S8Q-PA, S8Q-PA/2, hoặc tương đương
7	Roăng nhỏ endcap vật liệu Viton	Cái	12			- Thời gian chiếu sáng: 9000 giờ (1 năm)
						- Vật liệu cao su NBR
						Kích thước 18x3mm



						- Kích thước phù hợp với roăng nhỏ đầu bịt vỏ màng RO
8	Roăng ngoài endcap	Cái	12			- Vật liệu cao su NBR Kích thước 88x6 mm
						- Kích thước phù hợp với roăng to đầu bịt vỏ màng RO
9	Công tắc phao kèm lắp đặt	Cái	2			Sản phẩm tương ứng với thiết bị của Bệnh viện
10	Phân tích mẫu nước	Mẫu	1			Phân tích mẫu nước lý hóa vi sinh & endotoxin

