

SỞ Y TẾ TỈNH NAM ĐỊNH  
**BỆNH VIỆN ĐA KHOA NAM ĐỊNH**

Số: 2349/BVNĐ-VTTBYT  
Về việc mời báo giá thiết bị y tế

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Nam Định, ngày 13 tháng 06 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp thiết bị y tế tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa Nam Định có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu mua thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.**

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Nam Định
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư - Bệnh viện Đa khoa Nam Định; địa chỉ số 2 + 19, Trần Quốc Toàn, P. Năng Tĩnh, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định
- Cách tiếp nhận báo giá:
  - Cách thứ 1: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá và tài liệu kèm theo trên mạng đấu thầu quốc gia (chức năng nhà thầu) tương ứng với yêu cầu báo giá trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (nếu hệ thống có chức năng này)
  - Cách thứ 2: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi trực tiếp báo giá và tài liệu kèm theo về địa chỉ: Phòng Văn thư, Bệnh viện Đa khoa Nam Định; địa chỉ số 2 + 19, Trần Quốc Toàn, P. Năng Tĩnh, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định
- Thời hạn kết thúc nhận báo giá: 10 giờ 00 phút, ngày 26/06/2025
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá:  $\geq 150$  ngày

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

- Danh mục thiết bị y tế gồm:

| STT | Tên thiết bị                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Đơn vị tính | Số lượng |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 1   | <b>Kính hiển vi 2 thị kính (nguồn sáng led)</b><br>- Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau.<br>- Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương<br>- Hàng hóa có xuất xứ từ các nước G20<br><b>* Yêu cầu cấu hình cung cấp tối thiểu cho 1 thiết bị:</b><br>- Thân kính: 01 chiếc<br>- Mâm gắn vật kính loại 4 vị trí: 01 cái<br>- Bàn đế mẫu cơ học: 01 cái | Bộ          | 02       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cụm đèn chiếu sáng LED: 01 bộ</li> <li>- Ống kính quan sát 25°/20 có cổng kết nối camera: 01 bộ</li> <li>- Vật kính "iPlan-Achromat" 4x/0.1: 01 cái</li> <li>- Vật kính "iPlan-Achromat" 10x/0.25: 01 cái</li> <li>- Vật kính "iPlan-Achromat" 40x/0.65: 01 cái</li> <li>- Vật kính "iPlan-Achromat" 100x/1.25, soi dầu: 01 cái</li> <li>- Hộp tụ quang 0.9/ 1.25: 01 cái</li> <li>- Thị kính 10x/20: 02 cái</li> <li>- Diềm thị kính: 02 cái</li> <li>- Dầu soi cho vật kính 100x: 01 lọ</li> <li>- Sách hướng dẫn sử dụng: 01 quyển</li> </ul> <p><b>* Yêu cầu thông số kỹ thuật cơ bản cho 1 thiết bị:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ phóng đại tối đa: <math>\geq 1.000</math> lần</li> <li>- Hệ thống quang học: Tiêu chuẩn màu vô cực (ICS-Infinity Color System).</li> <li>- Ống kính quan sát: 2 mắt quay 360°, góc nhìn 25°</li> <li>- Ống kính điều chỉnh độ cao quan sát: Từ <math>\leq 370\text{mm}</math> đến <math>\geq 410\text{mm}</math>.</li> <li>- Điều chỉnh khoảng cách đồng tử: Từ <math>\leq 48</math> đến <math>\geq 75\text{mm}</math>.</li> <li>- Đường kính vi trường quan sát: <math>\geq 20\text{ mm}</math>.</li> </ul> |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số trường nhìn tối đa: <math>\geq 22</math></li> <li>- Thị kính: Trường đo 10X/20 có chia diop (10x/20 Br.foc).</li> <li>- Mâm kính có thể gắn <math>\geq 4</math> vật kính.</li> </ul> <p>Vật kính: Phẳng – Tiêu sắc (iPlan - Achromat):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 4x, độ mở <math>\geq 0.1</math>, khoảng cách làm việc <math>\geq 30.7\text{ mm}</math>.</li> <li>+ 10x, độ mở <math>\geq 0.25</math>, khoảng cách làm việc <math>\geq 17.5\text{ mm}</math>.</li> <li>+ 40x, độ mở <math>\geq 0.65</math>, khoảng cách làm việc <math>\geq 0.66\text{ mm}</math>.</li> <li>+ 100x (nhúng dầu), độ mở <math>\geq 1.25</math>, khoảng cách làm việc <math>\geq 0.27\text{ mm}</math>.</li> </ul> <p>Hộp tụ quang 0.9/1.25 thực hiện được kỹ thuật trường sáng, có khả năng nâng cấp dùng cho trường tối, phản pha.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đèn LED</li> <li>+ Hệ thống chiếu sáng: Đèn LED, ánh sáng trắng, cường độ màu <math>\geq 5,600\text{ K}</math>.</li> <li>+ Điều chỉnh độ sáng: Từ <math>\leq 15\%</math> đến 100%</li> </ul>                                                                                          |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| + Chiều sáng trường đồng nhất: $\geq 20$ mm<br>+ Bước sóng đỉnh: $\geq 440$ nm<br>- Bàn để mẫu cơ học kích thước: $140 \text{ mm} \times 135 \text{ mm} \pm 5\%$<br>- Khoảng dịch chuyển (X-Y): $\geq 75 \text{ mm} \times \geq 40 \text{ mm}$<br>- Điều chỉnh tiêu cự<br>+ Điều chỉnh thô: $\geq 45 \text{ mm/vòng}$<br>+ Điều chỉnh tinh: $\leq 0.5 \text{ mm/vòng}$<br>- Giá mẫu nâng được $\geq 15 \text{ mm}$ |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

Ghi chú: Mỗi đơn vị chỉ tham gia chào 01 báo giá. Biểu mẫu báo giá vận dụng theo Phụ lục đính kèm. Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá

2. Địa điểm bàn giao: Bệnh viện Đa khoa Nam Định

3. Thời gian cung cấp lắp đặt:  $\leq 45$  ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Bảo hành  $\geq 12$  tháng hoặc theo quy định của nhà sản xuất

5. Các thông tin khác: Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa kèm theo (nếu có)

Bệnh viện Đa khoa Nam Định rất mong nhận được sự quan tâm và bản chào hàng (báo giá) tốt nhất của quý Công ty/đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải trên mạng DTQG;
- Cổng TTĐT BVĐK NĐ;
- Lưu: VT, VTTBYT.



**Phụ lục**  
**MẪU BÁO GIÁ**

(Kèm theo văn bản số 2349/BVND-VTTBYT ngày 13/6/2025 của BVĐK Nam Định)

**BÁO GIÁ**

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế sau:

| STT | Danh mục thiết bị y tế                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ký, mã hiệu, model, hãng sản xuất | Mã HS | Năm sản xuất | Xuất xứ | Số lượng | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------------|---------|----------|---------------|------------------|
| 1   | <b>Thiết bị 1</b><br><b>A. Yêu cầu chung.</b><br>- Tên thiết bị: .....<br>- Máy mới 100%, năm sản xuất từ năm 2024 trở về sau<br>- Tiêu chuẩn chất lượng .....<br>- Điện áp sử dụng: .....<br>- Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ....., độ ẩm tối đa: .....<br><b>B. Chỉ tiêu kỹ thuật</b><br>* Cấu hình cung cấp:<br>- .....<br>- .....<br>* Thông số kỹ thuật<br>- .....<br>- ..... |                                   |       |              |         |          |               |                  |
| 2   | <b>Thiết bị 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |       |              |         |          |               |                  |
| n   | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |       |              |         |          |               |                  |



\* Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế (nếu có)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 150 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà  
cung cấp**

(Ký, đóng dấu)



✓